

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Ophthalmic Surgical System
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	DORC International B.V. Scheijdelweg 2 3214 VN Zuidland The Netherlands
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	DORC International B.V. Scheijdelweg 2 3214 VN Zuidland The Netherlands
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	DORC International B.V. Scheijdelweg 2 3214 VN Zuidland The Netherlands
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	100/110 or 230/240 V, 50/60 Hz, 550 VA
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	DORC
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	Associate Dual and Associate Compact
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	This CB certificate replaces CB NL-20010 dd 2011.02.09 due to an update with testing
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	60601-1-4(ed.1);am1 60601-1(ed.2);am1;am2 60601-2-2(ed.4)
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	CA, US
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	2138731.60-PEP, 2138731.61-PEP, 2138731.62-PEP, 2138731.63-PEP

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Utrechtseweg 310
P.O. Box 5185
6802 ED Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification is
former KEMA Quality

Date: 2011-04-27

Signature: A.G.H. Bergervoet

